இணைப்பு I.

[7-ஆம் பக்கத்தில் 217-ஆம் எண்ணுள்ள வினாவின் விடையைக் காண்க.]

விவர அறிக்கை.

(அ), (இ) and (உ).—

தொடர் எண்.	இம்மாநிலத்தில் 1–11–1970 ஆம் நாளன்றுள்ளவாறு எலக்ட்ரோ கார்டியோ கிராம், என்ஸெஃபாலோ கிராம், எக்ஸ்-கதிர் வீச்சு சாதனம் போன்ற மிக விலை உயர்ந்த மருத்துவச் சாதனங்கள் பழுதடைந்துள்ள அரசு மருத்துவ மனைகளின் பெயர்கள்.	பழுது பார்க்கப்படும் சாதனத்தின் பெயர்.	பழுது பார்க்கப் பட்டு வந்த கால அளவு.	மேற்சொன்ன சாதனங்கள் பழுது பார்க்கப்பட்டிருந்த போது செய்த மாற்று ஏற்பாடுகள்.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	தலைமையிட மருத்துவ மனை, சேலம்.	150 எம். ஏ. உடேல்கா கேமரா யூனிட்.	7–5–1970-லிருந்து 23–11–1970 வரை.	இந்த இயந்திரம் வேலை செய்யாத போது தலைமைக் கதிர்வீச்சுப் பிரிவில் வேலை செய்யப்பட்டது.
2.	அரசு மருத்துவ மனை, கிருஷ்ணகிரி.	எக்ஸ்-கதிர் வீச்சு இயந்திரம்	5–12–1970-லிருந்து 8–1–1971 வரை.	எக்ஸ்-கதிர்படம் எடுக்கவேண்டிய நேர்வுகள் தருமபுரி வட்டத் தலைமையிட மருத்துவ மனைக்கு அனுப்பப் பட்டன.

3.	அரசு மருத்துவ மனை, திருவாரூர்.	எக்ஸ்-கதிர் வீச்சுத் தளவாடம்.	29–10–1970-லிருந்து 20–12–1970 வரை.	இந்த எக்ஸ்-கதிர்வீச்சு இயந்திரம் செப்பனிடப்பட்டு திருப்திகரமாக செயல்படுகிறது.
4.	அரசு மருத்துவ மனை, திருப்பத்தூர்.	எக்ஸ்-கதிர் வீச்சுத் தளவாடம்.	2–4–1969-லிருந்து 13–12–1972 வரை.	பழுதுற்றது பற்றி அறிவிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தினர் பழுது பார்க்கும் வேலையைக் கவனித்து வருகின்றனர். எக்ஸ்-கதிர்படம் எடுப்பதற்காக அருகிலுள்ள அரசு மருத்துவ மனைக்காயினும் அல்லது வேலூர் தலைமையிட மருத்துவ மனைக்காயினும் நோயாளிகள் அனுப்பிவைக்கப்படுகின்றனர். இயந்திரம் பழுதுபார்க்கப்பட்டு இப்போது செயல்படும் நிலையில் உள்ளது.
5.	அரசு பென்ட்லண்ட் மருத்துவ மனை, வேலூர்.	இ.சி.ஜி. இயந்திரம்	1–8–1967-லிருந்து 21–12–1971 வரை.	இந்த இயந்திரத்தை உதவாதென தள்ளிவிடலாம் என்று கிண்டி மின் சாதனக் குழு துணை இயக்குநர் சான்று அளித்துள்ளார். உதகை அரசுத் தலைமையிட மருத்துவ மனையில் உள்ள இ.சி.ஜி. இயந்திரத்தை இந்த மருத்துவ மனைக்கு மாற்றுவதற்குச் சுகாதாரப் பணிகள் குடும்ப நல திட்ட இயக்குநர் ஆணை பிறப்பித்துள்ளார். இதன் பிறகு புதிய இயந்திரம் ஒன்றிற்கு அனுமதி வழங்கப் பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை TAMIL NADU LEGISLATIVE ASSEMBLY வாய்மையே வெல்லும் TRUTH ALONE TRIUMPHS

தொடர் எண்.	இம்மாநிலத்தில் 1–11–1970 ஆம் நாளன்றுள்ளவாறு எலக்ட்ரோ கார்டியோ கிராம் என்சிஃபாலோ கிராம், எக்ஸ்-கதிர் வீச்சு சாதனம் போன்ற மிக விலை உயர்ந்த மருத்துவச் சாதனங்கள் பழுதடைந்துள்ள அரசு மருத்துவ மனைகளின் பெயர்கள்.	பழுது பார்க்கப்படும் சாதனத்தின் பெயர்.	பழுது பார்க்கப் பட்டு வந்த கால அளவு.	மேற்சொன்ன சாதனங்கள் பழுது பார்க்கப்பட்டிருந்த போது செய்த மாற்று ஏற்பாடுகள்.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	அரசு மருத்துவ மனை, மேட்டுப்பாளையம்.	100 எம்.ஏ. எக்ஸ்-கதிர் வீச்சு இயந்திரம்.	17–10–1970-லிருந்து 26–9–1971 வரை.	வோல்டாமானி வேலை செய்யவில்லை. இருப்பினும் இயந்திரத்தைக் கொண்டு எக்ஸ்ரே படம் எடுக்கப் பட்டன. ஆக வேலை தடைப்பட வில்லை. இயந்திரம் பழுது பார்க்கப் பட்டு இப்போது செயல்படும் நிலையி லுள்ளது.
7.	அரசு மருத்துவ மனை, திருப்பூர்.	ஷ	29–7–1968-லிருந்து உதவாத நிலையில் வைத்து வரப்படுகிறது.	வேறு இயந்திரத்தைக் கொண்டு எக்ஸ்-கதிர் படங்கள் எடுக்கப்பட்டன.
8.	அரசு புதுக்கோட்டை நகர மருத்துவ மனை, புதுக் கோட்டை.	ஷ	13–9–1969-லிருந்து வேலை செய்ய	வலம் வரும் எக்ஸ்-கதிர் பிரிவைக் கொண்டு எக்ஸ-கதிர் படங்கள் எடுக்கப்பட்டன. எக்ஸ்-கதிர் படம்

TAMIL NADU LEGISLATIVE ASSEMBLY வாய்மையே வெல்லும் TRUTH ALONE TRIUMPHS

			வில்லை. 1972-மே மாதத்தில் இது உதவாதென்று தள்ளி விடுவதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது.	எடுக்கும் பணியில் தடையேதும் ஏற்படவில்லை.
9.	அரசு டி. டி. பி. மருத்துவமனை, ஓட்டேரி, சென்னை-12.	200 எம். ஏ. எக்ஸ்-கதிர் இயந்திரம்.	29–1–1970-லிருந்து 19–12–1970 வரை.	30 எம். ஏ. 80 கேவிபி கையக எக்ஸ்-கதிர் இயந்திரத்தின் துணைக் கொண்டு படங்கள் எடுக்கப்பட்டன.
10.	அரசு காசநோய் நலம் பேண் மருத்துவமனை, தாம்பரம்.	300 எம். ஏ. கதிர் வீச்சு பிரிவு.	20–7–1970-லிருந்து 27–7–1973 வரை.	வலம் வரும் எக்ஸ்-கதிர் பிரிவின் துணை கொண்டு எக்ஸ்-கதிர் படங்கள் எடுக்கப்பட்டன.
11.	அரசு ராயப்பேட்டை மருத்துவ மனை, சென்னை-14.	30 எம். ஏ. எக்ஸ்-கதிர் இயந்திரம்.	14–6–1970-லிருந்து 23–9–1971 வரை.	இங்கே கையக எக்ஸ்-கதிர் இயந்திரம் ஒன்று உள்ளது. இந்த இயந்திரங்கள் செயல்படாதபோது இவற்றின் பணியைக் கவனித்து வருகிறது.
12.	அரசு கஸ்தூரிபாய் காந்தி தாய் சேய் மருத்துவ மனை, சென்னை.	300 எம். ஏ. 125 கேவிபி எக்ஸ்-கதிர் இயந்திரம்.	7–10–1970-லிருந்து 15–11–1970 வரை.	இந்த இயந்திரம் 16–11–1970-ல் பழுது பார்க்கப்பட்டது. இதற்குப் பதிலாக வலம் வரும் எக்ஸ்-கதிர் இயந்திரம் பயன் படுத்தப்பட்டது.
13.	மகப்பேறு மகளிர் நோய் இயல் நிறுவனம், அரசு தாய்சேய் மருத்துவ மனை, சென்னை.	மேக்ஸிமர் எக்ஸ்-ஆழ் கதிர் வீச்சு மருத்துவ இயந்திரம்.	1–7–1969-லிருந்து 30–12–1970 வரை.	மின் மருத்துவ சிகிச்சை தேவையுள்ள இம் மருத்துவமனை புற்று நோயாளிகள் சென்னை பொது மருத்துவ மனை கதிர்வீச்சு இயல்பார் நல நிறுவனத்திற்கு அனுப்பப்பட்டனர்.

TAMIL NADU LEGISLATIVE ASSEMBLY TRUTH ALONE TRIUMPHS

தொடர் எண்.	இம்மாநிலத்தில் 1-11-1970 ஆம் நாளன்றுள்ளவாறு எலக்ட்ரோ கார்டியோ கிராம், எலக்ட்ரோ என்செஃபாலோ கிராம், எக்ஸ்-கதிர் வீச்சு சாதனம் போன்ற மிக விலை உயர்ந்த மருத்துவச் சாதனங்கள் பழுதடைந்துள்ள அரசு மருத்துவ மனைகளின் பெயர்கள்.	பழுது பார்க்கப்படும் சாதனத்தின் பெயர்.	பழுது பார்க்கப் பட்டு வந்த கால அளவு.	மேற்சொன்ன சாதனங்கள் பழுது பார்க்கப்பட்டிருந்த போது செய்த மாற்று ஏற்பாடுகள்.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	அரசு பொது மருத்துவ மனை, சென்னை.	பி. வி. 20, 5 அங்குல பிம்ப விருத்தி வசதியோடு கூடிய வலம் வரும் அறுவை மருத்துவ சாதனம். மின் மருத்துவ இயந்திரங்கள்.	1969 லிருந்து உதவாதென வைத்து வரப்படுகிறது.	மேற்சொன்ன இயந்திரங்கள் வேலை செய்யாதபோது வேறு இயந்திரங்களை கொண்டு சென்னை, அரசு பொது மருத்துவ மனையில் கதிர் வீச்சு இயல் பார்லூர்டு நிறுவனத்தில் பணி நடைபெற்றது.
		400 மேக்சிமர் ..	1968-லிருந்து உதவாதென வைத்துவரப் படுகிறது.	ஷை
		200 கேவிமேக்சிமர் 200 கேவி கன்வர் சென்ட்.	1967-லிருந்து உதவாதென வைத்துவரப் படுகிறது.	

15	அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவ மனை, சென்னை.	1 500 எம். ஏ. எக்ஸ்-கதிர் இயந்திரம்.	7-1-1970-லிருந்து 10-11-1970 வரை.	கிடைக்கக்கூடிய வேறு இயந்திரங்களின் துணைக்கொண்டு பணி நடைபெற்றது.
		2·200 எம்.ஏ. எக்ஸ் கதிர் இயந்திரம்.	1-8-1965-லிருந்து 18-8-1972 வரை.	do.
		3. S x RT. ..	20-10-1969-லிருந்து உதவாதென வைத்து வரப்படுகிறது.	do.
16.	தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவ மனை, தஞ்சாவூர்.	மூன்று இ.ஸி.ஜி. இயந்திரங்கள்.	முறையே 7-12-1968-லிருந்தும், 4-4-1968-லிருந்தும், 1-8-1968-லிருந்தும் உதவாதென வைத்து வரப்படுகின்றது.	ஷெ

TAMIL NADU LEGISLATIVE ASSEMBLY
வாய்மையே வெல்லும்
TRUTH ALONE TRIUMPHS